

Số: 83-25/TB-BV

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 9 năm 2025

V/v yêu cầu báo giá dịch vụ cung cấp
và nạp Helium cho hệ thống Cộng hưởng từ MRI.

Kính gửi: Quý đơn vị.

Bệnh viện quân y 17 - Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 5 đang có nhu cầu nạp Helium cho hệ thống Cộng hưởng từ MRI, Bệnh viện kính đề nghị các Quý đơn vị có khả năng cung cấp và thực hiện nạp Helium cho hệ thống Cộng hưởng từ MRI tham gia chào giá với các nội dung cụ thể như sau:

1/ Nội dung, phạm vi cung cấp:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng
1	+ Nạp Helium lỏng (99,999%) + Helium khí (99,9995%) phục vụ cho quá trình nạp Helium lỏng: 02 chai. + Khí Helium đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 + Dịch vụ kỹ thuật cao nạp Helium vào Magnet	Lít	1.000
Tổng cộng: 01 khoản			

2/ Thời hạn hiệu lực của báo giá: 60 ngày kể từ ngày phát hành báo giá.

3/ Thời điểm nộp báo giá: trước ngày 05/10/2025.

4/ Các yêu cầu khác:

- Đơn giá phải bao gồm thuế VAT và tất cả các chi phí khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: 01 - 02 tuần kể từ khi hợp đồng được ký kết.

- Thực hiện kỹ thuật cao nạp Helium vào Magnet theo phương pháp On Fill (Không xả từ của Hệ thống MRI), cam kết nếu trong quá trình thực hiện nạp bổ sung Helium cho hệ thống máy MRI xảy ra hiện tượng Quench, nhà thầu sẽ phải bảo đảm hoàn trả nạp đầy đủ số lượng Helium có sẵn trong hệ thống trước khi nạp + số lượng Helium mua mới.

5/ Báo giá được gửi theo địa chỉ: Khoa Trang bị - Bệnh viện quân y 17 - Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 5, số: 02 Nguyễn Hữu Thọ - P. Hòa Cường - Tp. Đà Nẵng.

Bệnh viện quân y 17 kính mời các Quý đơn vị có khả năng cung cấp và thực hiện nạp Helium cho hệ thống Cộng hưởng từ MRI nêu trên tham gia chào và gửi báo giá cho Bệnh viện để Bệnh viện thực hiện xét duyệt và mua sắm, sửa chữa theo quy định.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, Khoa C10; K08.



Thượng tá Huỳnh Đức Bắc